

証 明 書

特定計量器 住 所 小美玉市 鶴田 1277-2
 の使用者 氏 名 株式会社 昇金属 第二工場
 (名称及び代表者氏名) 磯前 慎一郎 殿

計量法第 23 条 (第 118 条) の規定に従って検査を行い、ここに合格と認めます。

1 検査を行った特定計量器の種類

種 類	ひょう量	最小目量	台数	器物番号	備 考
電気式はかり	40t	10kg	1	849	

※ 備考欄に「計証」の記載があるものは、計量法第 118 条の計量証明検査を示す。

2 検査を行った期日 20 20 年 6 月 5 日

3 検査を行った場所 小美玉市中野谷 501-359

20 20 年 6 月 5 日

茨城県指定定期検査機関
茨城県指定計量証明検査機関

水戸市三の丸 3 丁目 14 番 3 号
一般社団法人 茨城県計量協会 長
Tel 029 (225) 7973
検 査 員 野口 若臣



(計量士の場合は、登録番号 第 13150 号)